



NON-PATHOGEN SCHEME – RESULTADOS ESPERADOS PRELIMINARES

Os resultados esperados preliminares, obtidos a partir dos ensaios efetuados durante o Controlo de Qualidade do Laboratório FEPTU, da *Public Health England* (PHE), constituem uma orientação em relação aos valores esperados. No caso das contagens, estes resultados podem diferir dos finais, calculados a partir dos resultados de todos os participantes e divulgados no Relatório da distribuição.

DISTRIBUIÇÃO NP055 - AMOSTRAS NP0163, NP0164 e NP0165

Resultados esperados:

	NP0163 (*ufc g ⁻¹)	NP0164 (*ufc g ⁻¹)	NP0165 (*ufc g ⁻¹)
<i>Pseudomonas</i> spp. presuntivo	80 **	1,5x10 ⁴	5,1x10 ²
Leveduras	1,3x10 ³	<10	5,4x10 ³
Bolores	8,1x10 ²	<10	<10
Coliformes	3,1x10 ⁴	1,1x10 ⁴	5,1x10 ³
<i>Enterobacteriaceae</i>	2,1x10 ⁴	7,3x10 ³	4,8x10 ³
<i>Escherichia coli</i>	2,6x10 ³	4,5x10 ³	1,5x10 ³
Enterococos	<10	3,9x10 ²	1,9x10 ⁴
Bactérias ácido-lácticas	<10	1,8x10 ⁴	1,5x10 ⁴
Germes aeróbios mesófilos (30 °C)	7,7x10 ⁴	4,2x10 ⁴	3,0x10 ⁴

* unidades formadoras de colónias por grama

** Consultar os “Comentários específicos” no relatório da distribuição.

Conteúdo das amostras:

NP0163	<i>Pseudomonas putida</i> , <i>Rhodotorula rubra</i> , <i>Penicillium</i> spp., <i>Escherichia coli</i> e <i>Serratia liquefaciens</i>
NP0164	<i>Pseudomonas fluorescens</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Enterobacter cloacae</i> , <i>Enterococcus faecalis</i> e <i>Lactobacillus plantarum</i>
NP0165	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Escherichia coli</i> e <i>Enterococcus durans</i>

Um relatório completo, que inclui a análise conjunta dos resultados de todos os laboratórios participantes nesta distribuição, será enviado durante as próximas 3 semanas. O relatório poderá ainda incluir “Comentários específicos da amostra”.

Estão disponíveis **amostras para repetição** caso os laboratórios tenham tido problemas com algum dos ensaios efetuados e pretendam repetir a análise. As amostras para repetição devem ser pedidas, por escrito, o mais cedo possível e serão enviadas, livres de encargos, juntamente com as amostras da próxima distribuição.

As amostras da distribuição NP056 do *Non-Pathogen Scheme* serão enviadas na semana que se inicia a 09 de janeiro de 2017.

Se necessitar de algum apoio técnico ou desejar fazer alguns comentários ou sugestões relativamente ao Programa, por favor contacte Cristina Belo Correia telef.: 21 7519230 ou Isabel Campos Cunha telef.: 22 3401132/33/00.

Resultados validados por: Thamayanthy Ramesh (FEPTU Laboratory Supervisor)

Traduzido e verificado por:

Data: 19 de setembro de 2016