



SHELLFISH SCHEME – RESULTADOS ESPERADOS PRELIMINARES

Os resultados esperados preliminares, obtidos a partir dos ensaios efetuados durante o Controlo de Qualidade do Laboratório FEPTU, da *Public Health England*, constituem uma orientação em relação aos valores esperados. No caso das contagens, estes resultados podem diferir dos finais, calculados a partir dos resultados de todos os participantes e divulgados no Relatório da distribuição.

DISTRIBUIÇÃO Nº SF058 - AMOSTRAS SF0124 e SF0125

Resultados esperados:

Nº da Amostra	NMP de <i>E. coli</i> por 100g	<i>Salmonella</i> spp.
SF0124	$4,9 \times 10^2 - 7,9 \times 10^3$	Detetada
SF0125	<18	Detetada

Conteúdo das amostras:

SF0124	<i>Escherichia coli</i> , <i>Salmonella</i> Quiniela, <i>Klebsiella oxytoca</i> e <i>Microbacterium luteolum</i>
SF0125	<i>Salmonella</i> Crewe, <i>Bacillus subtilis</i> e <i>Pseudomonas putida</i>

Um relatório completo, com o desempenho individual do seu laboratório e a análise dos resultados de todos os participantes, será enviado durante as próximas 3 semanas. O relatório poderá ainda incluir “Comentários específicos da amostra”.

Estão disponíveis amostras para repetição, caso os laboratórios tenham tido problemas com algum dos ensaios efetuados e pretendam repetir. As amostras para repetição devem ser pedidas, por escrito, o mais cedo possível e serão enviadas, livres de encargos, juntamente com as amostras da próxima distribuição.

As amostras da próxima distribuição do *Shellfish Scheme* serão enviadas na semana que se inicia a 19 de fevereiro de 2018.

Se necessitar de algum apoio técnico ou desejar fazer alguns comentários ou sugestões relativamente ao Programa, por favor contacte Cristina Belo Correia telef.: 21 7519230 ou Isabel Campos Cunha telef.: 22 3401132/33.

Resultados validados por: Zak Prior (*Project lead & general laboratory manager*)

Traduzido e verificado por:

Data: 06 de novembro de 2017