



## Norovirus and Hepatitis A Virus SCHEME – RESULTADOS ESPERADOS PRELIMINARES

Os resultados esperados preliminares, obtidos a partir dos ensaios efetuados durante o Controlo de Qualidade do Laboratório FEPTU, da *Public Health England*, constituem uma orientação em relação aos valores esperados. No caso das contagens, estes resultados podem diferir dos finais, calculados a partir dos resultados de todos os participantes e divulgados no Relatório da distribuição.

### DISTRIBUIÇÃO Nº NHV002 - Amostras NHV0003 e NHV0004

#### Resultados esperados:

		NHV0003	NHV0004
Vírus	GI	Positivo	Negativo
	GII	Positivo	Negativo
	HAV	Negativo	Positivo
Número (cópias / amostra)	GI	6,1x10 <sup>2</sup>	-
	GII	1,7x10 <sup>3</sup>	-
	HAV	-	2,3x10 <sup>3</sup>

O qRT-PCR foi realizado utilizando o RNA UltraSense™ One-Step Quantitative RT-PCR System (ThermoFisher), no equipamento de PCR em tempo real Stratagene Mx3005P.

Um relatório completo, com o desempenho individual do seu laboratório e a análise dos resultados de todos os participantes, será enviado brevemente. O relatório poderá ainda incluir “Comentários específicos da amostra”.

Estão disponíveis amostras para repetição, caso os laboratórios tenham tido problemas com algum dos ensaios efetuados e pretendam repetir. As amostras para repetição devem ser pedidas, por escrito, o mais cedo possível e serão enviadas, livres de encargos, juntamente com as amostras da próxima distribuição.

**As amostras da próxima distribuição do *Norovirus and Hepatitis A Virus Scheme* serão enviadas na semana que se inicia a 19 de fevereiro de 2018.**

Se necessitar de algum apoio técnico ou desejar fazer alguns comentários ou sugestões relativamente ao Programa, por favor contacte Cristina Belo Correia telef.: 21 7519230 ou Isabel Campos Cunha telef.: 22 3401132/33.

Resultados validados por: Zak Prior (*Project lead & general laboratory manager*)

Traduzido e verificado por:

Data: 06 de novembro de 2017