



ENVIRONMENTAL SWAB SCHEME – RESULTADOS ESPERADOS PRELIMINARES

Os resultados esperados preliminares, obtidos a partir dos ensaios efetuados durante o Controlo de Qualidade do Laboratório FEPTU, da *Public Health England*, constituem uma orientação em relação aos valores esperados.

DISTRIBUIÇÃO Nº ES8 - AMOSTRAS ES0015 e ES0016

Resultados esperados:

Os resultados apresentados referem-se apenas ao conteúdo das amostras. Os resultados de ensaios de outros patogénicos reportados pelos laboratórios e não representados na tabela são também aceites.

PATOGÉNICOS	ES0015	ES0016 (ufc / esfregaço)
<i>Bacillus cereus</i>		9,0x10 ⁴
<i>Escherichia coli</i> O157	Detetada	
<i>Salmonella</i> spp.	Detetada	

Conteúdo das amostras:

ES0015	<i>Escherichia coli</i> O157, <i>Salmonella</i> Crewe, <i>Klebsiella oxytoca</i> e <i>Staphylococcus epidermidis</i>
ES0016	<i>Bacillus cereus</i> , <i>Enterococcus faecalis</i> e <i>Pseudomonas putida</i>

Um relatório completo, que inclui a análise conjunta dos resultados de todos os laboratórios participantes nesta distribuição, será enviado durante as próximas 3 semanas. O relatório poderá ainda incluir "Comentários específicos da amostra".

Estão disponíveis **amostras para repetição**, caso os laboratórios tenham tido problemas com algum dos ensaios efetuados e pretendam repetir. As amostras para repetição devem ser pedidas, por escrito, o mais cedo possível e serão enviadas juntamente com as amostras da distribuição seguinte.

As amostras da próxima distribuição do *Environmental Swab Scheme* serão enviadas na semana que se inicia a 02 de outubro de 2017.

Se necessitar de algum apoio técnico ou desejar fazer alguns comentários ou sugestões relativamente ao Programa, por favor contacte Cristina Belo Correia telef.: 21 7519230 ou Isabel Campos Cunha telef.: 22 3401132/33.

Resultados validados por: Thomas Harper (FEPTU Laboratory Supervisor)

Traduzido e verificado por:

Data: 29 de agosto de 2017