

Legionella Isolation Scheme RESULTADOS ESPERADOS

Os resultados esperados são obtidos a partir dos ensaios efetuados durante o Controlo de Qualidade das amostras e constituem uma orientação. Estes resultados podem diferir dos finais, calculados a partir dos resultados de todos os participantes e divulgados no Relatório da distribuição.

DISTRIBUIÇÃO G116 - AMOSTRAS G116A, G116B

Resultados esperados:

	G116A	G116B
UFC L ⁻¹ *	Não detetada	1.7x10 ³
Espécie(s)	Não aplicável	<i>Legionella pneumophila</i>
Serogrupo(s)	Não aplicável	1

*Unidades Formadoras de Colónias por Litro

Conteúdo das amostras:

G116A	<i>Pseudomonas putida</i> e <i>Staphylococcus epidermidis</i>
G116B	<i>L. pneumophila</i> , <i>Aeromonas hydrophila</i> e <i>Pseudomonas fluorescens</i>

Estão disponíveis **amostras de repetição, durante um ano, a partir da data deste documento**, para os participantes que tenham tido problemas com algum dos ensaios e que pretendam repetir a análise. Não é necessário esperar pelo relatório para solicitar amostras de repetição.

As amostras da próxima distribuição do *Legionella Isolation Scheme* serão enviadas na semana que se inicia a **4 de novembro de 2019**.

Se necessitar de apoio técnico ou tiver algum comentário ou sugestão a fazer relativamente ao *Legionella Isolation Scheme*, por favor contacte-nos.

Resultados validados por: Margaret Njenga (FEPTU Laboratory Supervisor)

Traduzido, compilado e verificado por: Raquel Rodrigues

Data: 14 de agosto de 2019