

Dialysis Water Scheme RESULTADOS ESPERADOS

Os resultados esperados, obtidos a partir dos ensaios efetuados durante o Controlo de Qualidade do Laboratório FEPTU, da *Public Health England*, constituem uma orientação. Estes resultados podem diferir dos finais, calculados a partir dos resultados de todos os participantes e divulgados no Relatório da distribuição.

DISTRIBUIÇÃO DW19 - AMOSTRAS DW19A, DW19B

Resultados esperados:

Parâmetro	DW19A		DW19B	
	Mediana*	Interpretação**	Mediana*	Interpretação**
Total de microrganismos viáveis (TVC), a 17°C - 23°C/7 dias, por mL	1.4x10 ²	<i>Unsatisfactory</i>	1.2x10 ²	<i>Unsatisfactory</i>

*Valores obtidos por análise de 1 mL de amostra reconstituída, utilizando o método de filtração por membrana.

**Interpretação de acordo com ISO 23500-3: 2019 – *Preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies - Part 3: Water for haemodialysis and related therapies*

Conteúdo das amostras:

DW19A	<i>Bacillus thuringiensis</i> e <i>Pseudomonas fluorescens</i>
DW19B	<i>Enterobacter cloacae</i> e <i>Enterococcus faecalis</i>

Estão disponíveis **amostras de repetição, durante um ano, a partir da data deste documento**, para os participantes que tenham tido problemas com algum dos ensaios e que pretendam repetir a análise. Não é necessário esperar pelo relatório para solicitar amostras de repetição.

As amostras da próxima distribuição do *Dialysis Water Scheme* serão enviadas na semana que se inicia a **4 de novembro de 2019**.

Se necessitar de apoio técnico ou tiver algum comentário ou sugestão a fazer relativamente ao *Dialysis Water Scheme*, por favor contacte-nos.

Resultados validados por: Margaret Njenga (FEPTU *Laboratory Supervisor*)

Traduzido, compilado e verificado por: Cláudia Pena

Data: 31 de julho de 2019