

Dialysis Water Scheme RESULTADOS ESPERADOS

Os resultados esperados, obtidos a partir dos ensaios efetuados durante o Controlo de Qualidade do Laboratório FEPTU, da *Public Health England*, constituem uma orientação. Estes resultados podem diferir dos finais, calculados a partir dos resultados de todos os participantes e divulgados no Relatório da distribuição.

DISTRIBUIÇÃO DW21 - AMOSTRAS DW21A, DW21B

Resultados esperados:

Parâmetro	DW21A		DW21B	
	Mediana*	Interpretação**	Mediana*	Interpretação**
Total de microrganismos viáveis (TVC), a 17°C - 23°C/7 dias, por mL	0	<i>Satisfactory</i>	32	<i>Satisfactory</i>

*Valores obtidos por análise de 1 mL de amostra reconstituída, utilizando o método de filtração por membrana.

**Interpretação de acordo com ISO 23500-3:2019 – *Preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies - Part 3: Water for haemodialysis and related therapies*

Conteúdo das amostras:

DW21A	Sem microrganismos
DW21B	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> e <i>Staphylococcus saprophyticus</i>

Estão disponíveis **amostras de repetição, durante um ano, a partir da data deste documento**, para os participantes que tenham tido problemas com algum dos ensaios e que pretendam repetir a análise. **No entanto, devido à decisão tomada pela *Public Health England* de suspender todas as distribuições programadas a partir de abril de 2020, as amostras de repetição não serão enviadas até que os serviços sejam retomados.**

A data da próxima distribuição do *Dialysis Water Scheme* está sujeita a confirmação.

Se necessitar de apoio técnico ou tiver algum comentário ou sugestão a fazer relativamente ao *Dialysis Water Scheme*, por favor contacte-nos.

Resultados validados por: Margaret Njenga (*FEPTU Laboratory Supervisor*)

Traduzido, compilado e verificado por: Cláudia Pena

Data: 7 de abril de 2020