

Legionella Isolation Scheme RESULTADOS ESPERADOS

Os resultados esperados são obtidos a partir dos ensaios efetuados durante o Controlo de Qualidade das amostras e constituem uma orientação. Estes resultados podem diferir dos finais, calculados a partir dos resultados de todos os participantes e divulgados no Relatório da distribuição.

DISTRIBUIÇÃO G119 - AMOSTRAS G119A, G119B

Resultados esperados:

	G119A	G119B
UFC L ⁻¹ *	5.4x10 ⁴	6.4x10 ²
Espécie(s)	<i>Legionella jordanis</i>	<i>Legionella pneumophila</i>
Serogrupo(s)	-	1

*Unidades Formadoras de Colónias por Litro

Conteúdo das amostras:

G119A	<i>Legionella jordanis</i> e <i>Staphylococcus epidermidis</i>
G119B	<i>Legionella pneumophila</i> , <i>Escherichia coli</i> e <i>Staphylococcus saprophyticus</i>

Estão disponíveis **amostras de repetição, durante um ano, a partir da data deste documento**, para os participantes que tenham tido problemas com algum dos ensaios e que pretendam repetir a análise. Não é necessário esperar pelo relatório para solicitar amostras de repetição.

As amostras da próxima distribuição do *Legionella Isolation Scheme* serão enviadas na semana que se inicia a **28 de setembro de 2020**.

Se necessitar de apoio técnico ou tiver algum comentário ou sugestão a fazer relativamente ao *Legionella Isolation Scheme*, por favor contacte-nos.

Resultados validados por: Margaret Njenga (FEPTU Laboratory Supervisor)

Traduzido, compilado e verificado por: Cláudia Pena

Data: 8 de setembro de 2020