



SHELLFISH SCHEME – RESULTADOS ESPERADOS PRELIMINARES

Os resultados esperados preliminares, obtidos a partir dos ensaios efetuados durante o Controlo de Qualidade do Laboratório FEPTU, da *Public Health England*, constituem uma orientação em relação aos valores esperados. No caso das contagens, estes resultados podem diferir dos finais, calculados a partir dos resultados de todos os participantes e divulgados no Relatório da distribuição.

DISTRIBUIÇÃO Nº SF057 - AMOSTRAS SF0122 e SF0123

Resultados esperados:

| Nº da Amostra | NMP de <i>E. coli</i> por 100g | <i>Salmonella</i> spp. |
|---------------|-------------------------------------|------------------------|
| SF0122 | $4,9 \times 10^3 - 5,4 \times 10^4$ | Detetada |
| SF0123 | $4,9 \times 10^2 - 2,7 \times 10^3$ | Detetada |

Conteúdo das amostras:

| | |
|--------|---|
| SF0122 | <i>Escherichia coli</i> , <i>Salmonella</i> Agona, <i>Salmonella</i> Typhimurium e <i>Klebsiella oxytoca</i> |
| SF0123 | <i>Escherichia coli</i> , <i>Salmonella</i> Heidelberg, <i>Aeromonas hydrophila</i> e <i>Enterococcus faecium</i> |


Um relatório completo, com o desempenho individual do seu laboratório e a análise dos resultados de todos os participantes, será enviado durante as próximas 3 semanas. O relatório poderá ainda incluir “Comentários específicos da amostra”.

Estão disponíveis amostras para repetição, caso os laboratórios tenham tido problemas com algum dos ensaios efetuados e pretendam repetir. As amostras para repetição devem ser pedidas, por escrito, o mais cedo possível e serão enviadas, livres de encargos, juntamente com as amostras da próxima distribuição.

As amostras da próxima distribuição do *Shellfish Scheme* serão enviadas na semana que se inicia a 02 de outubro de 2017.

Se necessitar de algum apoio técnico ou desejar fazer alguns comentários ou sugestões relativamente ao Programa, por favor contacte Cristina Belo Correia telef.: 21 7519230 ou Isabel Campos Cunha telef.: 22 3401132/33.

Resultados validados por: Thomas Harper (FEPTU Laboratory Supervisor)

Traduzido e verificado por: 

Data: 12 de julho de 2017