



STANDARD SCHEME – RESULTADOS ESPERADOS PRELIMINARES

Os resultados esperados preliminares, obtidos a partir dos ensaios efetuados durante o Controlo de Qualidade do Laboratório FEPTU, da *Public Health England*, constituem uma orientação em relação aos valores esperados. No caso das contagens, estes resultados podem diferir dos finais, calculados a partir dos resultados de todos os participantes e divulgados no Relatório da distribuição.

DISTRIBUIÇÃO Nº 326 - AMOSTRAS S0689 e S0690

Resultados esperados:

Nº da Amostra	<i>B. cereus</i> presuntivo (*ufc g ⁻¹)	Estafilococos coagulase-positiva (*ufc g ⁻¹)	<i>Listeria</i> spp. (*ufc g ⁻¹)	<i>L. monocytogenes</i> (*ufc g ⁻¹)	Germes aeróbios mesófilos (*ufc g ⁻¹)	Coliformes (*ufc g ⁻¹)
S0689	4,9x10 ⁴	1,7x10 ⁴	<10	<10	5,1x10 ⁴	5,8x10 ³
S0690	<10	2,9x10 ⁵	3,2x10 ⁴	2,6x10 ⁴	3,0x10 ⁵	<10 (**)

* unidades formadoras de colónias por grama

(**) A amostra incluía uma estirpe de *Serratia marcescens* (Coliforme). Uma percentagem elevada de laboratórios reportou um resultado não mensurável na sequência dos testes de confirmação efetuados. O Relatório final da distribuição incluirá informação mais pormenorizada.

Conteúdo das amostras:

S0689	<i>Bacillus cereus</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterobacter cloacae</i> e <i>Staphylococcus sciuri</i>
S0690	<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Listeria monocytogenes</i> , <i>Listeria innocua</i> , <i>Pediococcus pentosaceus</i> e <i>Serratia marcescens</i>

Durante um ano, a partir da data deste documento, estão disponíveis **amostras para repetição** para os laboratórios que tenham tido problemas com algum dos ensaios efetuados. **No entanto, devido à decisão tomada pela *Public Health England* (PHE) de suspender todas as distribuições programadas a partir de abril de 2020, as amostras de repetição não serão enviadas até que os serviços sejam retomados.**

A data da próxima distribuição do *Standard Sheme* está sujeita a confirmação.

Se necessitar de algum apoio técnico ou desejar fazer alguns comentários ou sugestões relativamente ao Programa, por favor contacte Cristina Belo Correia telef.: 21 7519230 ou Isabel Campos Cunha telef.: 22 3401132/33.

Resultados validados por: Angela Apea (FEPTU *Quality Manager/Laboratory co-ordinator*)

Traduzido e verificado por: Isabel Campos Cunha

Data: 01 de abril de 2020