

## Recreational and Surface Water Scheme (Rio, lago, ribeiro) RESULTADOS ESPERADOS

Os resultados esperados, obtidos a partir dos ensaios efetuados durante o Controlo de Qualidade do Laboratório FEPTU, da UK Health Security Agency (UKHSA), constituem uma orientação. Estes resultados podem diferir dos finais, calculados a partir dos resultados de todos os participantes e divulgados no Relatório da distribuição.

### DISTRIBUIÇÃO S102 - AMOSTRAS S102A, S102B

#### Resultados esperados:

Parâmetro	S102A Mediana	S102B Mediana
Bactérias coliformes por 100mL	34	81
<i>Escherichia coli</i> por 100mL	30	73
Enterococos por 100mL	20	0
Coliformes fecais por 100mL	30	73
<i>Clostridium perfringens</i> por 100 mL	14	0
<i>Salmonella</i> spp. por L	Não detetada	Detetada

#### Conteúdo das amostras:

<b>S102A</b>	<i>Citrobacter freundii</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Enterococcus gallinarum</i> , <i>Clostridium perfringens</i> e <i>Staphylococcus saprophyticus</i>
<b>S102B</b>	<i>Enterobacter cloacae</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Clostridium bifermentans</i> , <i>Salmonella</i> Quiniela e <i>Pediococcus pentosaceus</i>

Estão disponíveis **amostras de repetição, durante um ano, a partir da data deste documento**, para os participantes que tenham tido problemas com algum dos ensaios e que pretendam repetir a análise. Não é necessário esperar pelo relatório para solicitar amostras de repetição.

As amostras da próxima distribuição do *Recreational and Surface Water Scheme* (amostras de água de piscina) serão enviadas na semana que se inicia a **10 de janeiro de 2022**.

Se necessitar de apoio técnico ou tiver algum comentário ou sugestão a fazer relativamente ao *Recreational and Surface Water Scheme*, por favor contacte-nos.

Resultados validados por: Nita Patel (*Head of FEPTU*)

Traduzido, compilado e verificado por: Cláudia Pena

Data: 8 de novembro de 2021